

**Logiciel de maintenance,
calibration et ajustage des oscilloscopes
séries Scopix et OX 6xxx**



Dédiée aux laboratoires de métrologie et de maintenance, cette solution logicielle permet la calibration ou l'ajustage des oscilloscopes des familles Scopix I, Scopix II, Scopix III et Scopix IV, ainsi que ceux de la série OX 6000.



Il est nécessaire de disposer préalablement du matériel (non fourni) suivant :

- 1 PC équipé de Microsoft Windows
- 1 Calibrateur (*)
et ses accessoires de connexion à l'ordinateur
- 1 adaptateur banane femelle / BNC mâle
- 2 cordons bananes mâle/mâle
- 1 adaptateur HX0031

Selon modèle :

- Scopix IV : cordon Ethernet RJ45-RJ45 standard
- Scopix I, II ou III : Cordon Ethernet HX0040 (droit) ou HX0039 (croisé)

POUR COMMANDER

Logiciel de calibration CALIB.SCOPIX livré sur une clé USB.....HX0078B



(*) Fluke 5500 A avec l'option «Oscilloscope» requis

906210731 - Ed. 1 - FM - 09/2024 - Document non contractuel.

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 38
Fax : +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

FRANCE
Chauvin Arnoux
12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél. : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

LIBAN
Chauvin Arnoux Middle East
PO Box 60-154
1241 2020 Beirut
Tél. : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

